THORAXSTOL TIL RØNTGEN FRA FLERE VINKLER



VELA Medical Turn+ gør det nemmere at tage røntgenbilleder af thorax fra flere vinkler, mens patienten sidder stabilt og godt understøttet.

Stolen er udviklet til patienter, der har behov for at sidde ned under thoraxundersøgelsen. Det lave ryglæn holder det relevante anatomiske område tilgængeligt, særligt ved optagelser af hele thorax.

SÆDEROTATION MED LÅS

Sædet drejes og låses ved 45° og 90° til begge sider, så den ønskede projektion findes hurtigt og holdes præcist.

ELEKTRISK HØJDE OG CENTRALBREMSE

Siddehøjden indstilles elektrisk fra 44 til 64 cm, mens patienten sidder. Centralbremsen holder stolen stabil under optagelsen.

FAKTA

160 KG
MAKS. BRUGERVÆGT

45° / 90°
LÅSTE POSITIONER

Lavt ryglæn på 29 x 10 cm, nedfældbare armlæn og letkørende hjul. Varenummer 70031.

TEST OG GODKENDELSER

CE mærket efter MDR 2017/745, EMC testet og kapslingsklasse IP21.

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk

PRODUKTBLAD / TURN+

LAVT RYGLÆN HOLDER THORAX FRI

Ryglænet støtter patienten i lænden, men holder brystkassen fri. Armlænene kan klappes ned, så patienten kan flyttes sideværts fra en kørestol, og de letkørende hjul bringer patienten helt tæt på røntgenudstyret uden gentagne forflytninger.



ERGONOMI FOR RADIOGRAFEN

Når stolen kan drejes, hæves og flyttes med patienten siddende, slipper personalet for belastende løft og vrid. Det giver en god arbejdsstilling over en dag med mange undersøgelser.



MÅL OG SPECIFIKATIONER

Varenummer	70031
Maks. brugervægt	160 kg
Siddehøjde	44 til 64 cm, elektrisk
Sæde (B x D)	47 x 47 cm
Ryglæn (B x H)	29 x 10 cm
Armlænspude	8 x 26 cm
Armlænshøjde	17 til 33 cm fra sædet
Stel	55 x 55 cm
Sæderotation	Lås ved 45° og 90°


HYGIEJNE OG RENGØRING

Polstringen i Illusion tåler afspritning med op til 75 % ethanol og klor op til 5000 ppm. Fladerne er uden fordybninger.

DET FÅR I MED STOLEN



- **SÆDEROTATION**
  Lås ved 45° og 90° til begge sider.
- **LAVT RYGLÆN**
  Thorax holdes fri for optagelsen.
- **ELEKTRISK HØJDE**
  44 til 64 cm, mens patienten sidder.
- **NEDFÆLDBARE ARMLÆN**
  Sideværts forflytning fra kørestol.
- **CENTRALBREMSE**
  Stabil position under optagelsen.



Sædet drejes og låses i den position, undersøgelsen kræver.

VIL DU VIDE MERE OM STOLEN?

Ring på **+45 38 26 49 00** eller skriv til **info@cisi-systems.dk**
Læs mere på **cisi-systems.dk**

CISI SYSTEMS

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk